

P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.53	3.56	66.45	1.17	13.56	13.65	1.15	75288.94
1	4.18	4.68	62.54	1.33	13.52	13.83	1.18	73859.20
2	3.77	5.72	59.32	0.75	14.07	13.42	1.18	77354.40
3	4.49	5.75	61.27	1.72	12.66	13.79	1.18	75366.86
4	4.34	3.68	67.72	0.66	14.37	13.36	1.18	77368.88
5	3.73	3.32	70.22	0.99	14.09	13.39	1.21	78763.83
6	3.52	9.69	52.23	1.45	13.71	13.42	1.24	78527.95
7	4.24	4.77	58.40	1.46	13.42	13.54	1.26	77595.72
8	4.34	6.68	60.14	1.15	13.79	13.47	1.25	78895.99
9	3.89	5.95	60.09	0.64	14.85	13.23	1.23	80286.50
10	4.80	52.43	60.20	1.60	13.20	13.59	1.23	76821.22
11	13.25	39.71	61.80	2.39	12.63	13.71	1.28	74764.87
12	8.20	4.93	62.77	0.66	14.67	13.37	1.31	78145.19
13	6.15	11.53	59.22	0.95	14.29	13.25	1.34	77181.77
14	11.01	15.60	58.10	2.17	13.33	13.54	1.34	74916.36
15	12.32	26.28	61.82	1.92	13.59	13.25	1.33	79749.90
16	11.11	27.81	52.11	1.67	13.41	13.41	1.32	76838.00
17	8.91	10.48	56.76	1.60	13.19	13.26	1.33	76155.72
18	8.25	17.43	53.16	1.28	13.80	13.20	1.28	77766.13
19	12.65	50.27	55.84	2.22	12.84	13.56	1.28	73281.22
20	7.25	11.17	58.25	1.22	13.56	13.34	1.28	76444.63
21	7.39	33.87	54.10	1.32	13.57	13.34	1.26	77048.04
22	6.89	17.83	54.26	1.33	13.42	13.38	1.28	75807.00
23	7.00	9.45	51.92	1.65	12.97	13.35	1.30	73982.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	6.93	15.94	59.11	1.39	13.60	13.44	1.26	76758.79
最大值	13.25	52.43	70.22	2.39	14.85	13.83	1.40	80286.50
發生時間	11	10	5	11	9	1		9
最小值	3.52	3.32	51.92	0.64	12.63	13.20	1.12	73281.22
發生時間	6	5	23	9	11	18		19
零點偏移	-0.13 %	-0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.03	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.23 %	0.03 %	0.01 %		0.04	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	17.75	4.15	67.18	0.53	17.80	10.58	1.35	66176.70
1	18.68	4.93	64.03	0.48	18.12	10.51	1.33	65718.52
2	19.94	8.30	62.67	0.80	18.10	10.39	1.31	65865.20
3	17.28	2.67	69.32	0.58	18.07	10.42	1.30	65320.88
4	19.30	14.38	81.51	0.45	18.76	10.41	1.30	66963.94
5	16.59	7.90	68.95	0.65	17.34	10.88	1.30	67026.42
6	19.98	12.98	78.79	0.96	17.40	10.55	1.30	68706.59
7	33.05	6.90	75.39	2.11	16.65	11.16	1.30	62461.25
8	18.49	8.64	63.67	1.15	16.21	10.91	1.29	61487.68
9	31.17	11.69	78.44	0.99	17.94	10.57	1.30	66213.00
10	25.71	3.04	80.71	1.47	15.79	11.00	1.34	67252.86
11	20.47	3.81	81.50	1.13	16.02	11.38	1.36	64640.00
12	23.69	12.57	78.19	1.04	17.64	10.51	1.32	66039.39
13	21.67	12.40	66.18	0.94	17.26	10.67	1.32	66306.10
14	17.41	5.96	69.46	0.93	17.58	10.58	1.33	66636.45
15	27.47	6.35	89.91	1.57	16.58	10.69	1.34	66526.71
16	23.39	17.14	88.84	0.96	16.26	10.93	1.35	66075.39
17	13.33	13.55	81.45	0.46	15.95	11.20	1.35	64724.25
18	26.31	8.53	72.96	0.61	16.67	11.00	1.35	64391.14
19	22.50	3.25	69.45	0.49	17.18	10.47	1.34	66282.55
20	21.09	2.53	68.65	0.62	17.62	10.59	1.31	63709.46
21	18.82	2.04	66.16	0.47	18.18	10.28	1.29	65435.75
22	24.70	9.33	69.35	0.67	17.78	10.48	1.29	65932.28
23	28.01	16.08	64.11	1.02	17.28	10.65	1.29	64735.88
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平均值	21.95	8.30	73.20	0.88	17.26	10.70	1.32	65609.52
最大值	33.05	17.14	89.91	2.11	18.76	11.38	1.36	68706.59
發生時間	7	16	15	7	4	11		6
最小值	13.33	2.04	62.67	0.45	15.79	10.28	1.28	61487.68
發生時間	17	21	2	4	10	21		8
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.27 %
全幅偏移	0.08 %	-0.05 %	0.01 %	-0.33 %		-0.05	-0.00	-0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年02月12日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	22.91	4.40	65.01	1.77	14.83	11.16	1.39	85534.49
1	17.84	5.84	60.79	1.92	14.12	11.66	1.39	79725.74
2	21.19	6.08	60.22	1.85	14.87	11.37	1.43	82373.53
3	20.2	3.25	64.16	1.65	15.50	11.13	1.40	82507.88
4	17.55	4.47	59.21	1.77	15.09	11.29	1.39	79454.73
5	23.46	6.38	63.59	2.32	14.98	11.39	1.39	79652.39
6	18.14	13.36	61.70	2.42	13.25	11.88	1.38	75552.60
7	34.53	18.76	60.03	2.38	14.02	11.58	1.38	79502.82
8	無效	15.15	61.64	3.21	13.55	11.66	1.42	77705.28
9	29.24	6.94	59.65	2.48	14.22	11.37	1.43	78043.72
10	31.89	13.90	59.84	2.63	14.66	11.10	1.40	78951.98
11	20.74	21.21	55.48	2.61	13.22	11.12	1.39	74604.94
12	13.19	2.89	67.77	1.48	15.78	10.85	1.40	84953.77
13	14.68	7.70	67.33	1.84	14.66	11.37	1.38	84231.18
14	14.5	4.11	74.54	1.78	14.90	11.23	1.38	85698.72
15	14.5	8.18	74.66	2.39	14.03	11.77	1.38	81813.02
16	14.9	3.59	74.79	1.68	15.13	11.26	1.38	84262.61
17	21.42	9.94	63.64	2.11	14.29	11.33	1.38	82797.98
18	15.63	3.01	77.62	1.58	15.86	11.01	1.39	85678.60
19	14.99	16.43	72.88	2.45	13.46	11.76	1.40	82158.29
20	17.48	14.27	62.58	2.16	14.02	11.38	1.38	84452.13
21	18.29	5.53	65.29	1.97	14.59	11.33	1.41	82828.30
22	17.41	7.33	57.95	1.81	15.05	10.89	1.41	80182.08
23	19.46	43.37	54.92	2.69	13.55	11.38	1.44	75428.94
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	24	24	24	24	24	24	24
平均值	19.75	10.25	64.39	2.12	14.48	11.34	1.40	81170.65
最大值	34.53	43.37	77.62	3.21	15.86	11.88	1.44	85698.72
發生時間	7	23	18	8	18	6		14
最小值	13.19	2.89	54.92	1.48	13.22	10.85	1.37	74604.94
發生時間	12	12	23	12	11	12		11
零點偏移	0.00%	0.00 %	-0.02 %	-0.03 %		-0.08	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.18%	-0.00 %	-0.17 %	-0.35 %		-0.05	-0.00	-0.07 %
有效比率	95.83%	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

確認

審核

執行