

## P001\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月06日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率     | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00    | 999999.00 |
| 0     | 14.50    | 3.6    | 91.12    | 1.54     | 16.68    | 11.64    | 1.36     | 64510.20  |
| 1     | 15.04    | 3.79   | 96.50    | 1.19     | 17.93    | 11.68    | 1.37     | 64678.21  |
| 2     | 15.05    | 4.33   | 86.07    | 1.38     | 17.72    | 11.31    | 1.36     | 67890.84  |
| 3     | 19.29    | 5.58   | 86.51    | 2.23     | 15.35    | 11.42    | 1.36     | 66574.24  |
| 4     | 14.08    | 5.65   | 88.64    | 1.57     | 16.37    | 11.31    | 1.36     | 67404.59  |
| 5     | 15.64    | 4.62   | 87.06    | 1.47     | 16.99    | 11.26    | 1.36     | 68116.25  |
| 6     | 12.30    | 6.53   | 79.32    | 0.52     | 17.36    | 11.52    | 1.33     | 66419.41  |
| 7     | 14.33    | 3.58   | 82.94    | 0.39     | 18.00    | 11.20    | 1.31     | 67782.47  |
| 8     | 16.68    | 11.85  | 75.46    | 1.00     | 15.96    | 11.52    | 1.31     | 65272.20  |
| 9     | 13.97    | 18.17  | 76.17    | 0.68     | 16.90    | 11.27    | 1.33     | 66028.59  |
| 10    | 24.69    | 32.73  | 77.66    | 1.89     | 17.35    | 11.10    | 1.30     | 66187.10  |
| 11    | 14.54    | 14.95  | 85.02    | 0.60     | 18.31    | 10.98    | 1.26     | 67655.92  |
| 12    | 12.99    | 5.61   | 104.05   | 0.32     | 18.93    | 11.11    | 1.28     | 66670.87  |
| 13    | 16.99    | 58.81  | 79.84    | 1.34     | 16.99    | 11.22    | 1.28     | 66907.65  |
| 14    | 12.36    | 無效     | 70.27    | 2.08     | 15.26    | 10.88    | 1.26     | 66092.55  |
| 15    | 15.17    | 68.94  | 72.32    | 1.61     | 16.10    | 11.24    | 1.25     | 63895.38  |
| 16    | 13.40    | 10.29  | 100.62   | 0.23     | 19.50    | 11.12    | 1.29     | 65890.03  |
| 17    | 15.58    | 3.38   | 84.09    | 0.23     | 19.91    | 10.52    | 1.32     | 70320.67  |
| 18    | 14.31    | 6.28   | 71.47    | 0.33     | 18.25    | 10.80    | 1.32     | 69139.74  |
| 19    | 14.77    | 17.48  | 76.80    | 1.52     | 15.47    | 11.14    | 1.32     | 66946.54  |
| 20    | 13.87    | 17.17  | 81.08    | 0.84     | 16.54    | 11.04    | 1.32     | 67187.99  |
| 21    | 14.96    | 3.4    | 100.84   | 0.19     | 19.15    | 11.04    | 1.32     | 67062.81  |
| 22    | 15.43    | 5.02   | 81.26    | 0.22     | 18.94    | 10.72    | 1.32     | 69640.07  |
| 23    | 13.91    | 13.53  | 69.15    | 0.25     | 18.07    | 11.18    | 1.32     | 66982.74  |
| 監測時數  | 24       | 24     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數  | 24       | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值   | 15.16    | 14.14  | 83.51    | 0.98     | 17.42    | 11.18    | 1.32     | 66885.71  |
| 最大值   | 24.69    | 68.94  | 104.05   | 2.23     | 19.91    | 11.68    | 1.49     | 70320.67  |
| 發生時間  | 10       | 15     | 12       | 3        | 17       | 1        |          | 17        |
| 最小值   | 12.30    | 3.38   | 69.15    | 0.19     | 15.26    | 10.52    | 1.25     | 63895.38  |
| 發生時間  | 6        | 17     | 23       | 21       | 14       | 17       |          | 15        |
| 零點偏移  | -0.09 %  | 0.00%  | -0.02 %  | -0.00 %  |          | -0.04    | -0.00    | 0.00 %    |
| 全幅偏移  | 0.00 %   | 0.11%  | 0.03 %   | -0.04 %  |          | 0.05     | -0.00    | 0.32 %    |
| 有效比率  | 100.00 % | 95.83% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |

## P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月06日

[illegible]

## P003\_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 2021年10月06日

| 項目    | 氯化氫      | 一氧化碳   | 氮氧化物     | 二氧化硫     | 水含量      | 氧氣       | 不透光率     | 流量        |
|-------|----------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 單位    | ppm      | ppm    | ppm      | ppm      | %        | %        | %        | Nm3/Hour  |
| 小時\限標 | 60.00    | 150.00 | 220.00   | 150.00   | 40.00    | 20.95    | 20.00    | 999999.00 |
| 0     | 12.79    | 10.03  | 81.34    | 3.03     | 18.16    | 10.50    | 1.30     | 79189.96  |
| 1     | 14.56    | 5.71   | 82.44    | 2.47     | 21.46    | 9.90     | 1.30     | 84298.71  |
| 2     | 13.65    | 14.52  | 69.87    | 2.56     | 20.02    | 9.83     | 1.29     | 85459.39  |
| 3     | 14.55    | 16.81  | 77.98    | 3.35     | 18.20    | 10.65    | 1.29     | 79108.70  |
| 4     | 13.48    | 5.12   | 82.11    | 3.09     | 18.37    | 10.87    | 1.29     | 77591.29  |
| 5     | 12.62    | 4.1    | 87.73    | 2.81     | 19.52    | 10.75    | 1.29     | 78660.00  |
| 6     | 13.73    | 18.56  | 71.90    | 2.57     | 19.73    | 10.24    | 1.29     | 82734.74  |
| 7     | 11.41    | 7.13   | 77.72    | 2.48     | 19.29    | 10.50    | 1.30     | 81283.54  |
| 8     | 9.69     | 8.12   | 68.17    | 1.33     | 19.07    | 10.64    | 1.28     | 77850.92  |
| 9     | 14.11    | 20.3   | 70.02    | 1.75     | 18.60    | 10.67    | 1.26     | 77218.19  |
| 10    | 18.23    | 19     | 65.03    | 2.24     | 19.31    | 10.27    | 1.25     | 81376.15  |
| 11    | 19.90    | 77.71  | 43.39    | 4.56     | 16.90    | 10.85    | 1.25     | 66645.62  |
| 12    | 17.92    | 89.74  | 51.68    | 5.93     | 17.22    | 10.80    | 1.23     | 63463.50  |
| 13    | 11.89    | 55.8   | 53.46    | 2.08     | 18.41    | 10.91    | 1.24     | 67289.15  |
| 14    | 11.44    | 17.23  | 70.11    | 1.75     | 20.92    | 11.04    | 1.24     | 64587.36  |
| 15    | 14.54    | 無效     | 44.03    | 3.96     | 17.62    | 10.82    | 1.25     | 63846.11  |
| 16    | 12.91    | 28.41  | 52.64    | 2.88     | 18.31    | 11.44    | 1.24     | 73752.39  |
| 17    | 19.26    | 74.38  | 49.49    | 3.57     | 16.62    | 11.86    | 1.25     | 71104.50  |
| 18    | 11.55    | 41.39  | 61.74    | 2.75     | 16.97    | 11.76    | 1.23     | 72933.71  |
| 19    | 13.42    | 22.79  | 67.96    | 2.06     | 18.35    | 11.18    | 1.23     | 79902.56  |
| 20    | 9.37     | 16.48  | 100.88   | 1.56     | 17.55    | 12.16    | 1.24     | 69769.57  |
| 21    | 13.97    | 2.91   | 77.83    | 1.88     | 19.59    | 10.24    | 1.23     | 84034.72  |
| 22    | 14.74    | 22.83  | 58.04    | 1.73     | 18.81    | 10.29    | 1.23     | 83135.74  |
| 23    | 15.38    | 12.96  | 57.13    | 1.64     | 18.19    | 10.54    | 1.24     | 77944.73  |
| 監測時數  | 24       | 24     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 超限次數  | 0        | 0      | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0         |
| 有效時數  | 24       | 23     | 24       | 24       | 24       | 24       | 24       | 24        |
| 平均值   | 13.96    | 25.74  | 67.61    | 2.67     | 18.63    | 10.78    | 1.26     | 75965.89  |
| 最大值   | 19.90    | 89.74  | 100.88   | 5.93     | 21.46    | 12.16    | 1.32     | 85459.39  |
| 發生時間  | 11       | 12     | 20       | 12       | 1        | 20       |          | 2         |
| 最小值   | 9.37     | 2.91   | 43.39    | 1.33     | 16.62    | 9.83     | 1.23     | 63463.50  |
| 發生時間  | 20       | 21     | 11       | 8        | 17       | 2        |          | 12        |
| 零點偏移  | 0.00 %   | 0.00%  | -0.01 %  | 0.00 %   |          | -0.15    | -0.00    | 0.00 %    |
| 全幅偏移  | 0.06 %   | -0.16% | 0.02 %   | 0.02 %   |          | 0.27     | -0.00    | 0.06 %    |
| 有效比率  | 100.00 % | 95.83% | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 %  |