P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月24日

項目	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	15.15	10.98	67.00	0.47	18.32	12.09	1.51	78647.99
1	12.24	4.28	69.30	0.21	18.76	12.27	1.52	77251.63
2	13.92	2.23	57.81	0.40	18.38	11.65	1.51	82503.53
3	12.41	2.02	55.97	0.49	17.75	11.76	1.49	82309.56
4	13.94	15.78	50.30	0.87	16.93	11.80	1.46	82434.05
5	13.89	15.07	37.38	2.73	14.75	12.07	1.46	75461.34
6	14.67	7.65	34.97	1.65	15.50	11.94	1.46	76874.11
7	12.56	6.73	43.00	0.48	17.43	11.76	1.50	77397.76
8	13.28	6.86	47.53	0.26	18.18	11.73	1.49	79886.31
9	13.96	3.71	46.89	0.24	18.66	11.70	1.49	80334.70
10	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
11	校正	校正	校正	校正	替代	校正	無效	保養
12	11.61	8.82	50.70	1.58	17.25	11.66	1.55	81481.90
13	13.55	5.07	47.60	1.74	17.30	11.56	1.54	82054.82
14	13.68	16.09	44.90	2.27	16.02	11.72	1.51	80944.65
15	12.49	8.45	45.73	1.99	16.29	11.94	1.51	76827.66
16	12.90	9.51	48.20	1.52	16.68	11.87	1.53	82187.13
17	13.82	1.52	59.24	1.58	17.46	11.69	1.54	83099.35
18	12.34	1.30	58.06	1.72	18.29	11.44	1.55	84118.02
19	13.95	1.31	58.23	1.83	17.88	11.52	1.55	84155.63
20	13.40	1.32	58.88	1.55	17.69	11.81	1.54	81706.79
21	9.79	2.86	53.75	1.48	17.10	11.76	1.54	82641.20
22	13.62	2.39	63.73	1.63	17.88	11.69	1.55	82495.93
23	14.13	2.24	58.04	1.84	16.57	11.89	1.54	81738.52
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	22	22	22	22	22	22	22	22
平 均 值	13.24	6.19	52.60	1.30	17.32	11.79	1.51	80752.39
最 大 值	15.15	16.09	69.30	2.73	18.76	12.27	1.56	84155.63
發生時間	0	14	1	5	1	1		19
最 小 值	9.79	1.30	34.97	0.21	14.75	11.44	1.46	75461.34
發生時間	21	18	6	1	5	18		5
零點偏移(率)	-0.04 %	-0.01 %	-0.07 %	-0.02 %		-0.01	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-1.38 %	-0.16 %	-0.75 %	-0.08 %		-0.06	0.00	0.30 %
有效比率	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %	91.67 %
備註								

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月24日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	13.83	2.10	59.48	0.16	20.59	10.30	1.36	88996.36
1	13.12	2.07	51.57	0.15	20.93	10.29	1.36	89435.51
2	13.17	8.46	50.68	0.13	18.18	10.66	1.36	86867.27
3	11.92	8.90	40.64	0.21	18.19	10.52	1.37	84566.52
4	13.02	15.68	46.11	0.33	17.03	10.54	1.38	86439.63
5	13.36	5.45	48.95	0.69	16.55	10.86	1.38	84884.18
6	15.01	3.94	60.87	0.14	17.39	10.78	1.39	92698.82
7	14.06	4.30	60.57	0.19	17.17	11.35	1.38	82409.42
8	14.59	4.04	54.69	0.15	17.85	11.33	1.39	81667.56
9	14.15	3.83	56.61	0.14	19.12	10.29	1.41	90847.36
10	14.62	5.51	62.65	0.28	17.71	10.80	1.41	87945.56
11	13.58	1.97	62.52	0.34	18.39	10.69	1.40	88990.41
12	13.81	20.36	55.75	0.46	17.89	10.78	1.39	84469.77
13	16.24	0.69	62.89	0.61	17.23	10.71	1.38	88725.42
14	13.05	0.66	65.25	0.48	16.80	11.06	1.39	87024.19
15	13.13	4.76	59.11	0.51	15.76	11.43	1.39	85318.74
16	13.96	7.26	53.89	1.82	17.00	10.94	1.38	85818.88
17	14.49	3.83	46.83	0.93	17.00	10.46	1.37	84289.06
18	8.07	6.42	53.38	0.66	16.15	11.09	1.37	83971.41
19	12.23	8.34	60.32	0.46	17.95	10.53	1.35	86234.95
20	13.66	0.30	62.73	0.15	18.22	10.64	1.36	85543.77
21	12.91	1.01	62.26	0.16	18.45	10.42	1.36	88357.58
22	13.01	4.53	50.32	0.27	16.48	10.99	1.36	84111.61
23	13.96	8.01	51.63	0.11	17.06	11.35	1.36	80036.29
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	13.46	5.52	55.82	0.40	17.71	10.78	1.38	86235.43
最 大 值	16.24	20.36	65.25	1.82	20.93	11.43	1.43	92698.82
發生時間	13	12	14	16	1	15		6
最 小 值	8.07	0.30	40.64	0.11	15.76	10.29	1.34	80036.29
發生時間	18	20	3	23	15	1		23
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.01 %	-0.10 %	-0.02 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	2.59 %	0.49 %	0.19 %	0.10 %		0.34	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 111年06月24日

項目	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.62	7.90	46.08	1.81	19.27	9.47	1.42	78233.38
1	13.44	7.55	55.85	1.80	18.77	10.76	1.42	68192.66
2	16.32	17.69	54.62	2.03	18.32	9.92	1.43	75717.12
3	13.06	1.99	54.46	2.35	16.00	10.43	1.43	75400.63
4	13.89	10.38	51.40	2.96	15.82	10.20	1.43	74876.62
5	15.70	14.32	55.99	2.95	15.24	10.62	1.43	73746.28
6	13.31	9.71	53.28	2.05	17.19	10.14	1.44	77745.19
7	13.69	11.41	51.14	2.01	16.47	10.41	1.41	72554.66
8	12.88	3.43	49.30	1.93	17.00	10.17	1.42	73750.96
9	14.00	2.55	49.14	1.78	17.98	9.92	1.39	77849.66
10	16.08	25.80	49.69	3.08	17.46	9.78	1.43	79576.69
11	12.36	16.05	63.74	3.17	16.17	10.22	1.40	74915.79
12	14.51	17.93	55.10	3.63	16.45	10.32	1.38	72341.52
13	17.67	4.75	50.81	3.51	15.54	10.48	1.38	73398.08
14	11.83	6.30	53.59	2.55	16.59	10.10	1.41	75597.83
15	11.03	9.49	55.35	2.65	15.24	10.54	1.36	72160.70
16	14.19	4.58	57.31	3.00	16.01	10.32	1.37	75057.71
17	15.15	1.13	56.78	3.14	16.23	10.52	1.38	74770.17
18	14.05	2.61	59.05	2.66	17.63	9.76	1.38	79143.64
19	12.13	1.69	62.78	2.40	16.99	10.41	1.38	71980.63
20	14.06	0.73	69.30	2.87	17.44	9.87	1.38	71696.46
21	13.62	3.57	53.46	2.78	16.19	10.21	1.38	73544.49
22	15.23	1.67	57.53	2.76	17.04	10.43	1.38	74694.54
23	13.49	3.84	53.23	2.75	16.59	10.17	1.38	72539.32
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	14.01	7.79	54.96	2.61	16.82	10.22	1.40	74561.86
最 大 值	17.67	25.80	69.30	3.63	19.27	10.76	1.46	79576.69
發生時間	13	10	20	12	0	1		10
最 小 值	11.03	0.73	46.08	1.78	15.24	9.47	1.33	68192.66
發生時間	15	20	0	9	5	0		1
零點偏移(率)	-0.49 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.92 %	-1.49 %	-0.65 %	-0.22 %		0.00	0.02	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								