P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.96	1.84	77.12	0.95	14.1	13.59	1.23	75133.87
1	3.08	42.74	57.01	1.53	13.36	13.25	1.25	79226.68
2	3.73	3.34	56.75	1.79	12.96	13.71	1.23	74964.16
3	3.4	5.86	76.3	1.38	13.69	13.91	1.23	72387.97
4	3.05	15.74	66.55	1.64	13.09	13.71	1.24	74996.90
5	2.82	15.3	76.56	1.89	12.54	13.65	1.24	76193.21
6	2.59	2.88	78.86	1.14	13.58	13.73	1.26	73817.36
7	2.95	6.14	67.65	1.08	13.8	13.39	1.3	76607.72
8	3.15	3.96	63.25	1.05	13.74	13.13	1.33	80619.18
9	8.33	18.68	67.27	2.43	13.38	13.38	1.36	76579.46
10	10.56	56.89	47.59	2.77	13.01	13.33	1.35	77440.36
11	8.88	10.78	54.14	2.87	12.1	13.97	1.3	72354.17
12	7.95	6.55	51.46	2.51	12.11	13.75	1.26	74257.40
13	6.21	5.12	62.83	2.08	13.2	13.8	1.22	72654.91
14	7.97	4.57	52.25	3.23	12.88	13.45	1.24	75953.13
15	7.65	9.84	53.82	1.94	13.47	13.4	1.26	76107.78
16	21.26	7.91	54.13	4.21	11.75	13.77	1.28	73835.23
17	12.58	4.79	65.84	3.19	12.26	13.92	1.25	72179.79
18	7.84	23.95	63.12	1.95	13.01	13.54	1.29	75013.65
19	12.24	8.48	54.21	2.5	12.76	13.6	1.28	74836.82
20	11.86	13.14	54.51	2.36	12.82	13.74	1.31	73834.08
21	25.59	39.38	59.35	4.79	11.26	14	1.29	71995.07
22	11.89	6.14	98.23	2.89	12.13	14.83	1.25	63179.00
23	11.08	4.25	96.94	2.81	12.27	14.5	1.28	66406.57
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.32	13.26	64.82	2.29	12.89	13.71	1.27	74190.60
最 大 值	25.59	56.89	98.23	4.79	14.10	14.83	1.47	80619.18
發生時間	21	10	22	21	0	22		8
最 小 值	2.59	1.84	47.59	0.95	11.26	13.13	1.17	63179.00
發生時間	6	0	10	0	21	8		22
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.05	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	0.13 %	0.16 %		0.13	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.08	2.42	127.58	0.15	19.29	11.08	1.33	64331.21
1	3.07	7.05	94.65	0.16	21.38	9.45	1.31	73398.44
2	4.72	6.65	79.1	0.14	20.64	10.01	1.29	69833.61
3	4.42	2.48	99.17	0.16	20.69	10.34	1.29	67259.47
4	6.66	10.35	79.61	0.13	20.97	9.37	1.29	73053.29
5	7.84	16.17	90.46	0.11	19.21	10.12	1.31	69709.84
6	4.08	4.09	89.31	0.13	20.12	9.77	1.32	71092.89
7	3.27	6.41	88.5	0.17	20.64	10.1	1.29	70304.33
8	3.21	4.37	85.47	0.16	20.5	10.15	1.27	67843.44
9	5.07	9.2	77.66	0.15	20.95	9.42	1.25	72337.80
10	6.15	3.81	78.23	0.1	18.79	10.02	1.25	70638.97
11	5.34	10.33	75.4	0.09	16.82	10.41	1.24	67414.41
12	5.16	13.45	87.38	0.1	16.76	10.94	1.26	63320.91
13	4.29	6.05	85.14	0.11	18.77	10.38	1.26	68054.11
14	10.19	14.86	78.37	0.12	18.92	9.85	1.25	70531.03
15	16.18	3.98	72.32	0.3	17.31	10.18	1.26	70031.89
16	17.22	8.9	71.44	1.05	16.68	10.21	1.28	67260.83
17	14.58	3.84	86.31	0.24	18.75	9.91	1.29	68679.85
18	6.75	5.07	97.49	0.1	18.1	10.43	1.29	67306.27
19	15.51	27.56	80.08	0.08	18.96	10.04	1.29	69050.16
20	24.37	7.86	82.21	0.18	19.13	9.68	1.3	71832.89
21	21.31	3.88	87.05	0.31	18.24	9.98	1.3	71029.15
22	17.33	2.69	93.74	0.21	20.24	10.01	1.29	69053.01
23	8.52	2.26	106.12	0.17	20.48	10.25	1.3	68045.79
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	9.14	7.66	87.20	0.19	19.26	10.09	1.28	69225.57
最 大 值	24.37	27.56	127.58	1.05	21.38	11.08	1.36	73398.44
發生時間	20	19	0	16	1	0		1
最 小 值	3.07	2.26	71.44	0.08	16.68	9.37	1.23	63320.91
發生時間	1	23	16	19	16	4		12
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.00 %	-0.15 %	-0.00 %	-0.05 %		0.28	-0.04	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2021年03月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.17	3.75	102.78	1.41	15.53	12.01	1.47	79098.12
1	2.43	1.21	97.02	1.09	17.28	10.53	1.44	90601.30
2	2.83	2.79	84.1	1.12	16.78	11.07	1.42	86190.46
3	4.41	2.93	80.73	1.33	16.56	10.71	1.42	90045.57
4	4.44	21.02	74.75	1.85	15.18	10.72	1.44	81049.42
5	2.81	3.13	87.55	1.13	16.18	11.18	1.47	84757.84
6	3.71	2.4	78.08	1.1	16.57	10.58	1.49	90852.10
7	3.69	3.1	76.76	1.24	15.89	10.78	1.51	87481.21
8	2.35	3.82	85.65	1.27	14.91	11.58	1.46	81796.41
9	4.92	3.11	85.65	1.14	16.87	10.56	1.41	90254.45
10	13.19	7.49	73.72	1.76	14.69	10.96	1.41	85872.51
11	7.56	2.56	77.14	1.47	15.15	10.95	1.44	82273.53
12	4.31	2.19	76.63	1.1	15.34	10.71	1.46	85233.48
13	4.88	3.11	79.99	1.46	14.71	11.03	1.46	84250.30
14	3.9	2.65	79.54	1.32	14.71	10.98	1.46	86825.09
15	7.65	7.51	71.45	2.31	12.85	11.4	1.47	81541.19
16	13.49	17.96	77.13	2.04	14.19	11.32	1.46	80347.77
17	15.91	14.98	80.53	2.02	14.41	10.97	1.43	85264.54
18	11.36	3.35	85.29	1.58	14.83	11.03	1.44	80942.04
19	15.63	3.63	73.5	1.84	14.68	10.87	1.42	86108.13
20	16.49	12.89	77.16	2.4	13.49	11.7	1.42	78712.08
21	13.64	7.69	80.49	2.06	13.88	11.29	1.45	83357.77
22	19.67	4.86	73.24	1.91	14.9	10.89	1.48	86915.59
23	19.16	3.73	98.63	1.93	14.96	11.92	1.48	78337.78
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	8.40	5.91	81.56	1.58	15.19	11.07	1.45	84504.53
最 大 值	19.67	21.02	102.78	2.40	17.28	12.01	1.53	90852.10
發生時間	22	4	0	20	1	0		6
最 小 值	2.35	1.21	71.45	1.09	12.85	10.53	1.40	78337.78
發生時間	8	1	15	1	15	1		23
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.01	-0.00	-0.07 %
全幅偏移	0.01 %	-0.07 %	-0.07 %	0.08 %		0.47	-0.00	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %