P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	12.34	2.41	95.47	10.66	12.38	11.99	1.32	103354.17
1	8.75	1.82	97.39	10.15	12.83	11.90	1.29	103977.02
2	3.69	1.68	96.45	9.80	15.40	11.66	1.30	104937.79
3	3.27	1.48	96.17	9.70	14.37	11.58	1.30	106522.93
4	7.19	1.74	97.10	10.23	13.17	11.91	1.29	104438.27
5	18.42	22.15	96.84	11.30	11.76	12.05	1.33	104397.06
6	12.68	6.33	94.05	9.70	13.48	11.68	1.33	107003.67
7	16.54	2.13	97.10	10.06	12.72	11.80	1.35	106117.17
8	19.46	6.74	88.58	10.54	11.79	11.96	1.36	103670.72
9	17.18	16.58	86.96	10.33	12.02	11.81	1.38	103876.21
10	12.93	4.54	91.94	9.79	13.66	11.65	1.35	104762.37
11	7.89	2.82	92.69	9.30	14.01	11.55	1.36	105136.12
12	11.77	2.03	92.43	9.56	13.81	11.59	1.36	106808.13
13	12.44	2.65	88.48	9.58	13.20	11.60	1.37	104666.30
14	4.68	1.51	100.14	8.83	14.52	11.38	1.34	106234.93
15	13.42	4.03	90.21	9.52	13.63	11.58	1.37	104977.80
16	13.97	19.93	91.92	9.48	13.83	11.67	1.37	101957.79
17	8.23	1.55	104.61	9.02	14.58	11.53	1.38	104001.77
18	5.29	2.25	92.18	9.09	15.27	11.65	1.39	103975.95
19	4.16	3.15	82.30	9.44	14.07	11.72	1.41	102409.45
20	15.01	3.95	89.94	10.11	12.53	11.87	1.39	100440.38
21	20.92	2.62	85.94	10.22	12.43	11.72	1.42	101093.10
22	11.97	1.65	100.09	9.67	14.04	11.47	1.40	105162.42
23	12.58	2.28	87.11	9.96	12.52	11.85	1.43	100474.59
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.45	4.92	93.17	9.84	13.42	11.72	1.36	104183.17
最 大 值	20.92	22.15	104.61	11.30	15.40	12.05	1.48	107003.67
發生時間	21	5	17	5	2	5		6
最 小 值	3.27	1.48	82.30	8.83	11.76	11.38	1.25	100440.38
發生時間	3	3	19	14	5	14		20
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.07 %	-0.03 %		-0.10	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	-0.06 %	-0.07 %		0.14	-0.00	0.32 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	6.31	1.73	81.47	5.67	11.79	12.33	0.92	73939.27
1	5.18	2.08	76.88	5.30	12.45	12.08	0.90	75421.13
2	3.53	1.33	75.94	5.05	17.24	11.72	0.90	74685.97
3	3.47	0.87	74.62	5.23	14.30	11.73	0.91	76561.19
4	5.01	1.31	78.51	5.62	12.38	12.02	0.93	76065.59
5	5.95	0.81	81.42	5.63	12.25	12.02	0.91	76644.00
6	7.64	0.85	86.58	5.93	11.91	12.07	0.92	76130.39
7	6.55	2.87	90.71	5.78	11.39	12.38	0.87	74537.48
8	10.30	2.38	85.44	6.06	10.76	12.30	0.88	74965.84
9	12.77	17.06	82.97	6.47	11.52	12.10	0.88	75986.03
10	13.92	18.52	80.09	6.15	11.94	12.01	0.88	76657.19
11	9.06	4.11	74.04	5.34	12.55	11.84	0.88	77525.42
12	6.73	1.90	82.49	5.26	13.63	11.74	0.88	77078.95
13	6.78	3.63	72.89	5.24	13.39	11.69	0.87	78118.46
14	9.43	14.43	72.65	5.33	12.26	11.94	0.87	77322.18
15	7.59	3.66	75.65	5.24	13.69	11.57	0.89	78903.20
16	7.27	4.01	79.57	5.37	12.14	12.10	0.90	74891.37
17	4.36	1.88	79.97	5.12	13.17	12.08	0.92	73428.37
18	3.68	1.19	80.85	5.00	16.49	11.81	0.90	74016.12
19	3.09	3.79	74.18	5.29	15.72	12.03	0.90	73149.15
20	6.95	6.28	78.69	6.13	10.91	12.29	0.93	73154.30
21	11.06	3.44	81.24	6.56	11.17	12.22	0.95	72929.03
22	9.60	1.38	83.01	5.95	11.45	12.22	0.93	73600.70
23	6.72	1.00	80.27	5.69	11.31	12.15	0.93	73178.40
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	7.21	4.19	79.59	5.60	12.74	12.02	0.90	75370.41
最 大 值	13.92	18.52	90.71	6.56	17.24	12.38	0.97	78903.20
發生時間	10	10	7	21	2	7		15
最 小 值	3.09	0.81	72.65	5.00	10.76	11.57	0.85	72929.03
發生時間	19	5	14	18	8	15		21
零點偏移	-0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.28	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.08 %	-0.10 %	0.07 %	0.05 %		0.13	-0.00	-0.07 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年01月18日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.00	14.18	83.62	9.77	11.24	12.43	2.19	93754.50
1	3.93	29.96	94.93	10.28	10.62	12.93	2.17	87680.30
2	2.94	8.12	85.51	9.69	13.95	12.49	2.18	88833.25
3	2.86	3.24	88.89	9.46	12.50	12.07	2.17	93355.67
4	3.39	3.36	86.31	9.50	11.73	11.94	2.20	96150.40
5	4.88	4.29	91.03	9.59	11.08	12.16	2.22	94862.06
6	3.80	5.40	95.93	10.01	11.68	12.34	2.23	92207.34
7	4.19	6.50	92.48	10.04	10.94	12.54	2.23	90785.21
8	4.11	3.70	80.67	8.93	10.91	12.10	2.17	94935.10
9	5.28	4.36	96.51	9.16	11.25	12.13	2.15	95437.44
10	7.20	2.52	83.80	8.77	10.94	11.85	2.15	98490.93
11	8.25	19.10	72.19	8.84	10.85	12.11	2.17	95250.66
12	8.86	43.99	72.65	8.83	10.65	12.24	2.17	94721.99
13	4.91	2.43	80.93	8.84	11.63	11.99	2.17	96800.31
14	5.82	5.44	73.04	8.58	10.47	12.00	2.18	96907.24
15	5.23	23.36	66.77	8.57	11.10	11.99	2.17	97246.39
16	4.84	6.53	80.98	9.15	11.44	12.33	2.16	93644.11
17	4.35	3.11	102.58	10.04	10.66	13.16	2.16	85033.28
18	3.45	2.37	92.91	9.03	12.96	12.21	2.17	94652.46
19	3.05	3.04	85.56	8.56	14.89	12.08	2.18	94734.91
20	4.03	20.58	82.56	8.83	11.99	11.99	2.20	97117.28
21	6.04	28.69	80.60	9.20	10.45	12.53	2.18	92472.64
22	4.28	6.77	86.41	9.50	10.93	12.72	2.15	89396.64
23	4.97	5.22	70.81	8.65	10.92	12.07	2.17	95587.18
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.78	10.68	84.49	9.24	11.49	12.27	2.18	93752.39
最 大 值	8.86	43.99	102.58	10.28	14.89	13.16	2.23	98490.93
發生時間	12	12	17	1	19	17		10
最 小 值	2.86	2.37	66.77	8.56	10.45	11.85	2.13	85033.28
發生時間	3	18	15	19	21	10		17
零點偏移	0.00 %	-0.00 %	-0.03 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.48 %	-0.16 %	0.03 %	0.02 %		-0.16	-0.02	0.12 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %