

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月16日

報表日期: 111年07月16日

[illegible]

報表日期: 111年07月16日

項目	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO ₂ _C	#2-H ₂ O	#2-O ₂ _C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	14.22	9.76	61.17	0.22	17.14	11.01	1.46	83527.06
1	10.97	4.08	58.85	0.14	19.27	10.61	1.46	86779.15
2	16.51	6.22	54.63	5.50	16.72	10.91	1.46	86450.17
3	11.82	1.40	60.03	0.45	17.06	10.94	1.46	86915.13
4	14.88	4.24	63.95	0.82	16.27	11.41	1.46	81591.79
5	11.61	2.07	55.41	0.40	16.50	11.13	1.46	84357.93
6	1.68	6.89	51.77	0.13	17.48	10.79	1.47	88758.30
7	14.28	12.00	53.59	0.69	16.71	10.92	1.48	82738.13
8	15.28	5.54	45.19	0.36	16.79	11.25	1.47	82706.29
9	15.59	7.95	42.09	0.55	17.83	10.65	1.46	85271.16
10	12.10	0.75	44.21	0.19	17.61	10.78	1.46	84433.09
11	11.48	1.09	53.10	0.12	17.14	11.06	1.48	84250.83
12	8.46	1.52	61.29	0.14	18.99	11.04	1.50	82253.25
13	13.99	0.77	55.98	0.17	19.68	11.10	1.49	80404.58
14	11.92	2.94	55.96	0.14	19.22	11.18	1.49	81431.33
15	10.20	4.08	50.06	0.17	20.19	11.02	1.49	82484.99
16	12.60	8.10	40.28	0.09	17.95	10.81	1.49	85757.10
17	9.04	8.27	58.78	0.20	16.69	11.89	1.50	77053.12
18	9.40	0.90	65.07	0.16	19.21	11.14	1.49	82139.23
19	13.47	1.76	48.18	0.13	19.28	10.33	1.47	88959.61
20	9.27	4.38	51.79	0.12	18.47	10.86	1.47	86010.23
21	10.32	2.43	57.41	0.13	18.76	10.70	1.46	84470.65
22	11.56	1.05	57.47	0.13	18.60	11.02	1.45	82129.69
23	10.15	5.16	64.16	0.17	19.65	10.64	1.46	83002.31
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.70	4.31	54.60	0.47	18.05	10.97	1.47	83911.46
最 大 值	16.51	12.00	65.07	5.50	20.19	11.89	1.51	88959.61
發生時間	2	7	18	2	15	17		19
最 小 值	1.68	0.75	40.28	0.09	16.27	10.33	1.45	77053.12
發生時間	6	10	16	16	4	19		17
零點偏移(率)	-0.03 %	-0.01 %	-0.03 %	-0.10 %		-0.08	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.48 %	0.71 %	-0.17 %	0.63 %		-0.03	0.00	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月16日

[illegible]