P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.46	7.22	53.78	4.33	17.24	10.87	0.83	111735.10
1	3.61	2.98	54.75	4.56	17.93	11.21	0.88	106283.21
2	4.21	5.60	55.97	5.10	15.98	11.57	0.86	104242.04
3	13.80	11.74	55.15	6.26	13.35	11.50	0.87	103059.63
4	20.19	20.14	54.21	6.58	13.70	11.34	0.87	103392.78
5	14.12	4.05	57.68	5.74	14.60	11.26	0.86	106085.74
6	12.54	3.07	54.19	5.61	14.20	11.49	0.83	107550.36
7	8.31	5.28	52.90	5.41	14.41	11.53	0.84	105443.39
8	10.79	6.24	56.31	5.54	14.74	11.36	0.86	107542.19
9	11.45	3.80	54.98	5.54	14.31	11.46	0.84	106517.64
10	5.90	3.45	57.39	4.82	16.21	10.97	0.82	110086.25
11	7.88	2.91	46.29	5.16	15.41	11.15	0.87	108453.71
12	11.04	9.61	51.17	5.67	14.02	11.52	0.86	105962.36
13	10.63	3.17	52.39	5.33	14.98	11.18	0.84	109335.41
14	12.24	4.27	50.03	5.94	14.62	11.35	0.85	106872.97
15	13.49	2.12	60.70	5.69	14.77	11.20	0.85	107900.80
16	21.34	4.49	56.78	5.96	15.01	11.17	0.85	107265.97
17	12.55	1.84	82.45	5.04	15.37	11.40	0.85	108321.98
18	19.92	2.59	55.64	5.69	14.79	11.27	0.86	109657.16
19	14.98	3.42	62.61	5.72	15.14	11.54	0.85	104381.21
20	14.94	47.43	49.11	7.24	15.57	10.83	0.88	109602.04
21	5.73	1.60	61.11	4.55	16.15	11.17	0.84	106188.78
22	5.61	3.16	50.68	4.77	15.38	11.06	0.80	110067.18
23	7.90	2.75	62.91	4.87	15.86	11.25	0.79	109642.69
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.11	6.79	56.22	5.46	15.16	11.28	0.85	107316.27
最 大 值	21.34	47.43	82.45	7.24	17.93	11.57	0.91	111735.10
發生時間	16	20	17	20	1	2		0
最 小 值	3.46	1.60	46.29	4.33	13.35	10.83	0.77	103059.63
發生時間	0	21	11	0	3	20		3
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.00 %		-0.11	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.25 %	-0.08 %	-0.06 %	0.03 %		-0.12	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.91	3.10	72.19	4.44	15.73	11.36	0.85	81939.99
1	0.89	1.03	79.90	4.40	17.15	11.45	0.90	80029.03
2	0.81	8.01	69.61	4.57	15.16	11.48	0.91	82024.43
3	1.21	7.01	78.90	5.01	13.60	12.09	0.86	78088.76
4	1.58	2.21	81.06	4.92	14.42	12.04	0.90	78002.10
5	1.06	1.79	88.65	4.74	14.83	11.93	0.84	78933.06
6	1.00	2.94	75.66	4.65	13.97	11.76	0.84	81144.30
7	0.87	2.98	71.14	4.64	13.63	11.73	0.88	81196.50
8	1.03	4.23	73.13	4.65	13.86	11.75	0.92	80598.72
9	0.97	1.65	72.16	4.62	13.69	11.71	0.96	81761.47
10	0.96	7.92	71.73	4.51	14.75	11.58	0.92	81722.95
11	0.94	28.61	69.46	4.50	15.63	10.99	0.99	84905.51
12	1.29	13.82	78.70	4.72	13.26	11.82	0.94	79699.25
13	1.20	20.76	67.31	4.53	13.74	11.49	0.99	81967.40
14	2.07	22.96	71.93	6.38	13.12	11.59	0.99	82707.02
15	1.81	12.73	77.98	5.46	14.22	11.74	1.01	79383.14
16	1.53	13.39	85.84	4.45	15.45	11.24	1.00	84170.02
17	1.53	16.39	71.98	4.57	14.23	11.48	0.93	81797.92
18	1.31	8.59	67.30	4.46	14.32	11.49	0.94	82262.54
19	1.23	2.40	70.30	4.61	13.91	11.69	0.90	80364.19
20	1.31	9.72	80.32	4.60	14.61	11.67	0.89	79892.33
21	1.13	6.83	82.89	4.58	14.55	11.80	0.91	80008.75
22	0.96	1.95	104.31	4.58	15.03	11.79	0.92	79058.64
23	1.07	16.10	87.39	4.55	14.50	11.53	0.90	81841.68
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	1.19	9.05	77.08	4.71	14.47	11.63	0.92	80979.15
最 大 值	2.07	28.61	104.31	6.38	17.15	12.09	1.09	84905.51
發生時間	14	11	22	14	1	3		11
最 小 值	0.81	1.03	67.30	4.40	13.12	10.99	0.77	78002.10
發生時間	2	1	18	1	14	11		4
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.00 %	0.00 %		-0.09	-0.00	-0.20 %
全幅偏移	0.28 %	-0.05 %	-0.03 %	-0.11 %		-0.36	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年08月09日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	4.90	2.64	83.16	6.86	20.87	9.10	1.22	89102.40
1	5.35	4.15	82.15	6.91	20.36	9.32	1.23	94328.80
2	7.24	10.77	90.86	7.29	19.30	9.65	1.23	92622.39
3	20.78	36.28	78.62	7.58	17.87	9.32	1.23	95593.11
4	13.48	23.35	82.40	7.66	20.05	8.85	1.23	98142.22
5	11.98	3.39	81.57	7.16	19.02	9.41	1.22	94579.29
6	7.85	2.18	87.30	6.85	20.58	9.11	1.23	95962.56
7	13.92	29.11	77.08	7.04	19.91	8.75	1.23	96668.23
8	8.78	1.94	95.01	7.25	18.47	9.28	1.22	85537.86
9	10.74	3.66	89.41	6.87	18.57	9.11	1.23	92335.66
10	11.63	13.82	87.92	7.27	19.25	9.16	1.23	90368.81
11	15.78	6.79	74.20	7.28	18.91	8.68	1.23	91061.53
12	11.63	12.50	81.95	6.61	20.28	8.33	1.23	95260.21
13	12.45	2.88	94.66	7.16	19.54	8.13	1.23	87494.26
14	12.27	3.16	67.33	7.03	19.02	8.40	1.23	86611.21
15	13.31	13.33	78.91	7.26	19.26	7.75	1.20	84742.46
16	9.98	28.36	68.00	6.69	19.04	8.03	1.19	81353.93
17	6.05	4.49	65.23	6.15	20.67	8.14	1.20	85602.27
18	5.62	1.92	78.21	6.63	20.23	8.51	1.21	85817.96
19	9.72	13.91	82.68	6.47	20.23	8.53	1.21	102240.10
20	14.02	7.35	80.50	6.81	19.01	9.20	1.22	100375.44
21	18.75	3.48	77.73	6.99	19.03	9.39	1.23	99739.68
22	11.42	14.29	74.84	6.56	20.10	9.03	1.20	97829.90
23	14.35	22.06	80.77	6.81	19.47	8.96	1.19	97659.72
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	11.33	11.08	80.85	6.97	19.54	8.84	1.22	92542.92
最 大 值	20.78	36.28	95.01	7.66	20.87	9.65	1.25	102240.10
發生時間	3	3	8	4	0	2		19
最 小 值	4.90	1.92	65.23	6.15	17.87	7.75	1.19	81353.93
發生時間	0	18	17	17	3	15		16
零點偏移	0.00 %	-0.01 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.07	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	-0.13 %	0.06 %	0.08 %		-0.01	0.02	-0.01 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %