P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.22	1.14	102.68	8.81	14.76	11.64	1.25	104103.77
1	2.90	1.06	91.59	8.89	14.50	11.61	1.27	104454.98
2	2.03	0.88	88.98	8.72	15.56	11.33	1.27	106375.62
3	2.14	1.24	87.99	9.03	15.14	11.71	1.26	103312.21
4	2.57	0.98	101.04	9.24	14.00	12.00	1.25	100439.00
5	1.52	1.15	132.78	10.17	12.98	12.87	1.26	90411.87
6	1.17	1.80	125.13	10.07	13.69	12.19	1.25	98716.46
7	1.40	1.36	107.65	9.40	14.16	11.71	1.23	103758.67
8	1.76	1.53	92.36	9.62	13.60	11.89	1.24	102282.75
9	1.59	1.32	89.17	9.65	13.80	11.89	1.25	101707.75
10	1.47	1.11	86.73	9.24	15.28	11.40	1.27	105279.10
11	1.86	1.48	85.38	9.28	14.11	11.61	1.30	104473.64
12	1.64	1.04	96.54	9.57	14.35	11.81	1.25	102282.92
13	1.44	0.92	99.54	9.08	15.04	11.32	1.28	107601.95
14	1.76	7.68	79.45	9.44	13.47	11.74	1.29	104441.28
15	3.36	2.87	86.42	9.13	14.12	11.35	1.25	108023.00
16	4.59	1.58	89.52	9.50	12.93	11.80	1.25	104496.64
17	1.88	0.91	101.07	9.18	15.52	11.44	1.25	105700.02
18	1.23	1.40	96.61	9.46	16.71	11.46	1.27	103679.23
19	1.16	2.67	85.33	9.63	15.57	11.70	1.29	102207.95
20	2.97	2.96	87.58	9.84	12.48	12.08	1.26	101065.62
21	1.97	1.25	108.08	9.77	14.50	12.09	1.25	99159.96
22	2.02	1.16	95.35	9.25	14.95	11.49	1.25	105282.19
23	3.33	1.26	89.80	9.36	14.41	11.56	1.26	105288.17
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.12	1.70	96.12	9.39	14.40	11.74	1.26	103106.03
最 大 值	4.59	7.68	132.78	10.17	16.71	12.87	1.35	108023.00
發生時間	16	14	5	5	18	5		15
最 小 值	1.16	0.88	79.45	8.72	12.48	11.32	1.19	90411.87
發生時間	19	2	14	2	20	13		5
零點偏移	-0.01 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移	0.01 %	0.30 %	-0.12 %	-0.04 %		0.12	0.02	0.25 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.03	1.72	68.00	4.77	13.24	11.86	0.88	76138.13
1	2.10	0.72	73.17	4.82	13.65	11.82	0.85	76003.40
2	1.92	14.27	63.72	4.74	16.94	11.65	0.85	74538.69
3	1.56	0.77	70.51	5.04	16.60	11.95	0.86	72250.55
4	1.79	0.27	82.48	4.97	13.43	12.08	0.85	74314.98
5	1.97	0.39	81.57	5.02	12.95	12.20	0.87	73554.22
6	2.00	0.29	84.54	5.14	13.02	12.35	0.85	71586.49
7	1.93	0.33	100.51	5.53	13.31	12.68	0.92	69343.64
8	1.84	0.63	81.12	5.21	13.04	12.24	0.94	73275.82
9	1.80	0.92	69.21	5.07	13.33	11.90	0.95	75267.41
10	2.08	0.93	73.10	4.97	13.04	11.74	1.01	76849.07
11	2.27	0.76	77.43	5.03	13.56	11.72	1.04	76807.27
12	1.75	0.73	96.63	5.35	14.44	12.22	1.06	72252.58
13	1.47	75.27	67.58	5.21	14.60	11.30	1.04	79745.08
14	1.67	44.75	94.45	5.66	12.70	11.68	1.00	78184.74
15	3.31	35.11	78.62	5.43	12.02	11.75	1.01	77983.49
16	4.35	7.95	79.70	5.54	11.88	11.94	1.01	77289.40
17	2.69	10.52	84.86	5.26	13.69	12.06	1.02	74562.01
18	1.81	5.75	81.14	4.91	18.13	11.47	1.03	75175.59
19	1.53	41.60	59.79	5.06	17.34	11.55	1.03	75173.91
20	2.11	5.60	73.68	5.27	12.46	12.10	1.03	74721.80
21	2.36	8.01	87.04	5.82	11.99	12.88	1.04	68644.21
22	1.84	0.40	95.57	5.52	13.43	12.62	1.04	69688.63
23	1.74	2.62	66.69	5.08	14.08	11.73	1.03	76802.03
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	2.08	10.85	78.80	5.18	13.87	11.98	0.97	74589.71
最 大 值	4.35	75.27	100.51	5.82	18.13	12.88	1.09	79745.08
發生時間	16	13	7	21	18	21		13
最 小 值	1.47	0.27	59.79	4.74	11.88	11.30	0.81	68644.21
發生時間	13	4	19	2	16	13		21
零點偏移	0.00 %	0.00 %	-0.04 %	-0.07 %		-0.23	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.00 %	0.14 %	0.02 %	-0.14 %		0.10	-0.02	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年02月03日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	2.45	4.98	62.63	8.35	13.14	11.70	2.09	94400.15
1	2.30	1.20	70.73	8.49	12.70	11.54	2.11	96231.70
2	2.35	21.96	67.86	8.80	12.80	11.97	2.12	92174.35
3	2.19	7.60	58.45	8.21	13.84	11.73	2.13	94206.49
4	2.40	2.61	65.25	8.89	12.08	12.07	2.12	91444.70
5	2.54	2.61	66.00	8.98	11.49	12.18	2.12	90850.34
6	2.39	0.59	78.69	9.46	11.44	12.46	2.10	88359.02
7	2.64	1.19	73.78	9.29	11.42	12.47	2.11	88000.16
8	2.12	0.78	82.12	10.19	12.32	12.28	2.09	88917.86
9	2.00	13.03	65.68	9.13	12.92	11.71	2.04	94127.36
10	2.05	40.82	73.89	9.26	12.30	11.52	2.09	95865.17
11	2.09	38.41	60.93	8.97	12.48	11.58	2.07	95127.72
12	2.05	2.83	78.83	10.18	11.58	12.58	2.11	87227.46
13	2.10	2.40	94.75	11.45	10.74	13.57	2.09	78603.40
14	2.09	10.86	102.45	11.81	10.94	13.72	2.07	74929.14
15	2.07	11.08	86.81	10.58	11.40	12.80	2.08	82458.41
16	2.00	1.39	91.75	10.59	11.28	12.76	2.09	85581.19
17	1.97	64.28	59.04	8.99	12.13	11.47	2.08	95537.14
18	1.94	40.05	64.33	9.18	12.48	11.77	2.09	92840.52
19	1.90	4.96	78.16	9.58	14.37	12.25	2.06	89100.48
20	1.95	12.66	69.47	9.47	12.52	12.02	2.03	92055.59
21	2.09	2.11	88.36	10.60	11.84	12.75	2.02	85334.80
22	2.06	1.31	100.63	11.52	10.24	13.65	2.04	77547.48
23	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效	無效
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	23	23	23	23	23	23	23	23
平 均 值	2.16	12.60	75.68	9.65	12.11	12.28	2.09	89170.46
最 大 值	2.64	64.28	102.45	11.81	14.37	13.72	2.37	96231.70
發生時間	7	17	14	14	19	14		1
最 小 值	1.90	0.59	58.45	8.21	10.24	11.47	2.01	74929.14
發生時間	19	6	3	3	22	17		14
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.02 %	-0.01 %		-0.04	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.28 %	-0.16 %	-0.12 %	-0.06 %		-0.21	-0.00	0.19 %
有效比率	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %	95.83 %