

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A 報表日期: 111年07月11日

報表日期: 111年07月11日

[illegible]

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月11日

[illegible]

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年07月11日

項目 單位	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
小時\限標	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
0	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
1	12.57	11.64	50.31	1.95	18.63	9.92	1.54	72856.26
2	16.61	10.09	46.62	1.80	18.54	9.93	1.54	76357.42
3	18.69	7.61	52.13	1.78	17.97	10.58	1.56	67062.51
4	27.87	5.35	59.90	2.18	19.75	9.76	1.56	74513.21
5	11.48	4.70	61.75	1.99	19.50	9.35	1.57	75169.04
6	13.55	3.37	39.80	1.74	18.31	9.24	1.57	75806.77
7	14.59	9.86	57.28	2.44	20.03	8.88	1.58	78099.10
8	15.12	10.51	42.36	1.98	16.68	無效	1.53	72970.08
9	13.56	7.91	42.27	1.33	16.64	10.41	1.58	73201.59
10	12.40	1.74	50.81	1.64	16.91	10.68	1.55	69340.36
11	20.05	14.04	53.80	2.94	15.64	10.24	1.54	75124.58
12	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
13	維修	維修	維修	維修	替代	維修	無效	保養
14	保養	保養	保養	保養	替代	保養	無效	保養
15	校正	校正	校正	校正	替代	校正	1.49	保養
16	12.90	10.34	68.62	4.58	15.13	10.96	1.50	68034.64
17	13.32	3.47	63.03	4.06	16.16	10.55	1.53	66372.47
18	8.92	1.18	62.64	3.64	16.71	10.25	1.54	70120.80
19	11.90	4.12	54.40	3.79	17.27	9.79	1.53	76208.08
20	13.10	11.04	58.64	3.93	15.89	10.10	1.49	73742.24
21	11.11	3.08	59.11	3.79	15.92	10.35	1.52	71438.34
22	11.48	1.78	65.12	4.33	15.11	11.81	1.55	60943.72
23	10.90	2.38	64.80	3.80	16.44	10.68	1.56	68195.43
24	13.35	3.93	64.32	3.83	17.74	9.72	1.57	75183.30
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	20	20	20	20	20	19	21	20
平 均 值	14.17	6.41	55.89	2.88	17.25	10.17	1.55	72037.00
最 大 值	27.87	14.04	68.62	4.58	20.03	11.81	1.62	78099.10
發生時間	3	10	15	15	6	21		6
最 小 值	8.92	1.18	39.80	1.33	15.11	8.88	1.49	60943.72
發生時間	17	17	5	8	21	6		21
零點偏移(率)	-0.02 %	-0.02 %	0.00 %	0.00 %		0.00	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	-0.71 %	-0.01 %	-0.55 %	-0.03 %		0.01	0.02	0.20 %
有效比率	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	83.33 %	79.17 %	87.50 %	83.33 %
備註								