

P001 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月21日

項目 單位 小時\限標	#1-HCl_C	#1-CO_C	#1-NOx_C	#1-SO2_C	#1-H2O	#1-O2_C	#1-OPAC	#1-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.57	3.72	53.76	0.52	20.06	11.51	1.41	61185.73
1	6.41	4.11	45.17	0.49	20.24	11.51	1.41	60595.04
2	1.35	4.33	45.02	0.23	19.85	11.84	1.44	59123.68
3	0.16	4.25	55.28	0.15	19.34	11.84	1.46	60491.74
4	1.31	3.00	53.71	0.28	19.51	11.25	1.46	63920.68
5	2.94	3.29	48.00	0.45	19.14	11.51	1.48	63207.08
6	2.81	3.77	52.13	0.40	19.40	11.57	1.48	61911.03
7	3.11	2.00	56.29	0.32	20.28	11.34	1.48	64086.21
8	6.55	7.52	39.63	0.78	19.13	11.00	1.45	73888.45
9	10.42	3.95	44.84	1.51	19.34	11.01	1.41	74216.84
10	10.12	1.30	52.99	0.84	19.66	11.37	1.45	72063.39
11	0.98	1.79	65.51	0.12	21.64	10.52	1.46	68250.35
12	2.39	5.47	50.94	0.33	19.65	11.35	1.46	60066.25
13	2.19	5.20	56.61	0.40	19.00	11.98	1.48	59024.78
14	7.22	6.12	59.61	0.75	18.35	11.95	1.49	59579.29
15	5.50	12.01	48.04	0.89	17.50	11.91	1.48	60013.78
16	1.54	2.19	52.11	0.58	18.51	11.94	1.46	59613.98
17	1.86	2.79	64.03	0.54	18.00	12.26	1.44	57871.26
18	1.42	1.89	60.09	0.35	19.12	12.16	1.43	58047.38
19	0.08	2.93	60.71	0.35	18.25	12.53	1.42	56088.62
20	0.34	8.58	58.21	0.59	17.31	12.36	1.41	57621.46
21	3.83	7.41	52.13	0.86	17.46	12.27	1.41	57971.58
22	1.69	2.14	59.27	0.28	19.54	11.55	1.41	61081.99
23	2.17	1.66	56.26	0.32	18.88	11.62	1.43	61187.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	3.58	4.23	53.76	0.51	19.13	11.67	1.45	62129.49
最 大 值	10.42	12.01	65.51	1.51	21.64	12.53	1.49	74216.84
發生時間	9	15	11	9	11	19		9
最 小 值	0.08	1.30	39.63	0.12	17.31	10.52	1.41	56088.62
發生時間	19	10	8	11	20	11		19
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.02 %	-0.00 %		0.02	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.65 %	-0.00 %	-0.41 %	0.20 %		0.14	-0.03	0.30 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P002 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月21日

項目 單位 小時\限標	#2-HCl_C	#2-CO_C	#2-NOx_C	#2-SO2_C	#2-H2O	#2-O2_C	#2-OPAC	#2-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	4.50	4.78	56.32	0.18	17.40	10.42	1.46	65735.31
1	3.14	1.02	57.89	0.23	17.85	10.78	1.45	64456.66
2	3.77	1.05	59.33	0.30	17.16	10.71	1.44	65889.69
3	8.02	0.86	58.62	0.44	17.73	10.50	1.42	66927.93
4	6.09	2.76	64.34	0.28	18.37	10.16	1.43	68483.60
5	6.93	1.12	61.59	0.61	16.99	10.71	1.42	65364.65
6	4.46	3.05	58.24	0.20	18.53	11.13	1.41	63756.57
7	6.95	1.93	48.25	0.36	17.97	10.35	1.40	66326.89
8	9.76	0.28	59.32	0.37	17.54	10.54	1.41	65914.33
9	5.34	0.18	66.39	0.21	18.10	10.56	1.44	65873.90
10	7.45	0.31	57.63	0.38	17.65	10.46	1.46	66911.18
11	7.12	0.41	66.17	0.36	18.06	10.60	1.44	64941.50
12	1.57	1.38	57.94	0.11	17.13	11.10	1.44	60940.07
13	3.88	3.36	61.03	0.25	18.22	10.16	1.43	67268.99
14	5.94	2.86	64.64	0.39	15.96	11.28	1.43	59030.74
15	6.03	3.08	58.23	0.49	16.26	11.03	1.43	62550.63
16	7.79	3.61	59.27	0.64	15.88	11.02	1.44	59010.74
17	8.57	2.77	62.24	0.67	16.09	11.01	1.45	62428.15
18	7.89	1.66	63.47	0.53	16.51	10.87	1.43	62566.59
19	6.78	4.13	55.51	0.45	15.68	11.01	1.43	62566.99
20	5.91	6.08	66.82	0.56	15.17	11.19	1.43	63439.75
21	2.74	3.61	57.43	0.36	15.86	11.18	1.42	60125.38
22	4.63	0.91	57.90	0.14	17.51	10.74	1.43	63771.73
23	5.90	4.23	63.59	0.43	16.05	11.28	1.43	61267.97
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.88	2.31	60.09	0.37	17.07	10.78	1.43	63981.25
最 大 值	9.76	6.08	66.82	0.67	18.53	11.28	1.48	68483.60
發生時間	8	20	20	17	6	14		4
最 小 值	1.57	0.18	48.25	0.11	15.17	10.16	1.39	59010.74
發生時間	12	9	7	12	20	4		16
零點偏移(率)	0.00 %	0.00 %	-0.00 %	-0.01 %		-0.07	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	0.54 %	-0.13 %	-0.07 %	0.16 %		0.07	-0.03	0.10 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								

P003 樹林焚化廠CEMS系統日報表-A

報表日期: 111年11月21日

項目 單位 小時\限標	#3-HCl_C	#3-CO_C	#3-NOx_C	#3-SO2_C	#3-H2O	#3-O2_C	#3-OPAC	#3-FLOW_C
	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	m3/Hour
	60.00	150.00	220.00	150.00	100.00	25.00	10.00	999999.00
0	9.33	4.81	55.80	2.74	15.72	10.71	1.30	80141.84
1	6.47	10.29	57.95	2.28	17.32	10.35	1.30	81323.36
2	9.83	2.44	55.37	3.13	17.20	10.30	1.30	81581.86
3	4.99	0.89	54.46	2.27	16.13	10.54	1.30	80198.50
4	4.84	1.20	53.08	2.72	15.68	10.47	1.30	78603.19
5	6.17	0.97	58.70	2.84	14.99	11.03	1.30	75541.56
6	8.69	1.75	51.77	2.75	16.31	10.16	1.30	81217.87
7	8.07	1.88	49.36	2.45	16.05	10.53	1.29	80643.60
8	7.94	3.65	49.88	2.45	17.12	10.09	1.30	83532.83
9	7.24	0.86	66.17	2.35	17.60	9.95	1.30	83993.87
10	9.77	0.83	58.19	2.55	16.42	10.62	1.30	83278.34
11	8.38	4.08	51.41	2.44	17.13	10.23	1.30	83238.44
12	4.11	1.32	62.58	2.37	16.07	10.39	1.30	76332.98
13	9.41	3.28	56.54	4.04	14.79	10.87	1.30	76759.93
14	6.83	7.15	56.79	3.15	13.59	10.95	1.30	78609.63
15	2.67	10.61	60.65	2.94	13.65	11.09	1.30	74972.10
16	1.67	0.94	62.03	1.98	15.98	10.91	1.30	77629.12
17	1.50	3.45	56.81	2.21	15.05	10.99	1.30	75968.63
18	3.52	2.27	63.61	2.51	15.04	11.06	1.30	79584.29
19	4.77	1.79	63.54	2.58	14.83	11.33	1.30	79136.34
20	1.17	3.41	66.33	2.64	14.26	11.80	1.30	75555.87
21	0.57	2.39	62.20	2.24	15.00	11.40	1.28	75457.32
22	1.43	1.39	65.08	1.89	16.13	11.16	1.30	83382.95
23	2.46	4.47	63.13	2.28	14.95	11.25	1.30	81842.14
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	5.49	3.17	58.39	2.57	15.71	10.76	1.30	79521.94
最 大 值	9.83	10.61	66.33	4.04	17.60	11.80	1.31	83993.87
發生時間	2	15	20	13	9	20		9
最 小 值	0.57	0.83	49.36	1.89	13.59	9.95	1.28	74972.10
發生時間	21	10	7	22	14	9		15
零點偏移(率)	-0.01 %	0.00 %	-0.00 %	-0.02 %		-0.06	0.00	0.00 %
全幅偏移(率)	1.77 %	0.40 %	-0.01 %	0.32 %		0.41	0.00	0.20 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %
備註								