P001_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	3.55	1.74	63.22	0.64	14.83	11.72	1.17	92082.26
1	3.12	1.58	62.07	0.21	16.34	11.62	1.18	90592.85
2	2.42	1.40	60.33	0.35	15.13	11.83	1.17	89572.12
3	2.38	1.30	62.42	0.24	15.62	11.22	1.16	95416.41
4	2.73	3.85	51.06	0.63	15.77	11.21	1.17	94993.77
5	3.37	2.65	59.84	0.35	16.40	11.00	1.15	95931.49
6	3.46	39.38	46.72	0.67	16.82	10.63	1.17	98869.91
7	7.35	16.18	65.44	1.93	14.17	11.40	1.16	94272.93
8	8.54	9.43	54.46	1.68	13.73	11.61	1.17	92365.68
9	7.21	5.49	57.64	1.35	14.37	11.91	1.16	89037.56
10	4.60	2.36	71.04	0.35	15.56	11.40	1.15	94388.64
11	5.26	4.76	57.32	0.81	14.90	11.47	1.19	93407.82
12	4.28	5.18	54.19	0.62	15.53	11.13	1.18	95811.26
13	4.70	4.47	55.85	1.23	14.13	11.59	1.16	92481.17
14	3.30	2.36	58.17	0.48	15.10	11.50	1.16	92953.46
15	3.64	2.55	52.60	0.60	15.23	11.48	1.14	92464.92
16	2.53	2.50	72.92	0.02	16.61	11.05	1.14	94929.19
17	2.44	2.97	57.84	0.14	16.07	11.06	1.16	95938.09
18	2.97	16.91	49.09	1.01	14.16	11.65	1.17	92038.61
19	3.00	13.26	56.70	0.82	14.65	11.66	1.15	91869.60
20	3.91	32.99	56.98	1.25	14.06	11.60	1.14	92509.04
21	5.25	9.18	57.20	1.07	14.32	11.51	1.14	94075.81
22	3.57	2.27	66.28	0.53	14.93	11.45	1.16	93747.49
23	3.19	2.48	57.35	0.52	15.05	11.89	1.14	89300.47
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	4.03	7.80	58.61	0.73	15.15	11.44	1.16	93293.77
最 大 值	8.54	39.38	72.92	1.93	16.82	11.91	1.22	98869.91
發生時間	8	6	16	7	6	9		6
最 小 值	2.38	1.30	46.72	0.02	13.73	10.63	1.11	89037.56
發生時間	3	3	6	16	8	6		9
零點偏移	-0.01 %	-0.02 %	-0.02 %	-0.17 %		-0.10	-0.00	0.00 %
全幅偏移	0.00 %	-0.07 %	-0.02 %	-0.00 %		0.00	-0.00	0.19 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P002_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	0.71	1.63	73.54	0.91	13.73	11.88	1.05	79954.14
1	0.78	0.86	79.55	0.90	14.05	12.02	1.06	78308.07
2	0.68	1.49	72.05	0.76	14.29	11.77	1.05	80615.07
3	0.64	1.03	74.34	0.91	13.95	11.80	1.04	80595.84
4	0.68	12.91	62.47	0.82	14.28	11.61	1.05	82036.11
5	0.64	1.33	77.64	0.68	14.68	11.70	1.06	80748.48
6	0.63	4.60	70.93	1.15	12.79	11.93	1.07	80420.37
7	0.66	3.73	70.62	0.66	14.77	11.61	1.11	81505.63
8	0.76	11.09	73.12	1.30	12.61	11.86	1.12	81114.98
9	0.69	0.52	103.15	0.90	13.82	12.16	1.13	76574.01
10	0.60	3.77	55.83	0.86	13.98	11.49	1.10	83561.08
11	0.55	22.44	59.88	1.13	13.52	11.57	1.07	82620.32
12	0.59	9.01	76.15	0.94	13.90	11.91	1.06	79844.01
13	0.51	3.40	64.99	1.10	13.07	11.86	1.08	80976.26
14	0.49	1.01	70.21	1.09	13.21	12.00	1.08	79408.38
15	0.43	1.28	69.71	0.71	14.65	11.59	1.07	82132.29
16	0.43	0.85	82.33	0.76	14.16	11.61	1.07	82712.25
17	0.40	2.04	67.58	0.83	14.11	11.66	1.07	80980.01
18	0.45	1.72	71.22	1.09	13.30	12.19	1.07	78688.40
19	0.44	0.44	102.40	0.90	13.85	12.26	1.09	77288.48
20	0.42	3.95	73.67	0.92	13.64	11.79	1.10	81218.18
21	0.46	1.15	69.42	0.88	13.89	11.93	1.07	79559.74
22	0.42	0.71	80.13	0.90	13.93	12.05	1.08	78321.80
23	0.37	1.20	76.55	0.97	13.69	12.18	1.07	76894.11
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	0.56	3.84	74.06	0.92	13.83	11.85	1.08	80253.25
最 大 值	0.78	22.44	103.15	1.30	14.77	12.26	1.18	83561.08
發生時間	1	11	9	8	7	19		10
最 小 值	0.37	0.44	55.83	0.66	12.61	11.49	1.02	76574.01
發生時間	23	19	10	7	8	10		9
零點偏移	-0.00 %	0.00 %	-0.01 %	-0.00 %		-0.05	-0.00	-0.14 %
全幅偏移	0.83 %	0.03 %	0.09 %	0.10 %		-0.07	-0.04	-0.14 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %

P003_樹林焚化廠CEMS系統日報表-A　　報表日期: 2020年10月19日

項目	氯化氫	一氧化碳	氮氧化物	二氧化硫	水含量	氧氣	不透光率	流量
單位	ppm	ppm	ppm	ppm	%	%	%	Nm3/Hour
小時\限標	60.00	150.00	220.00	150.00	40.00	20.95	20.00	999999.00
0	18.69	9.93	83.82	5.29	17.77	11.19	1.23	83442.86
1	15.43	16.89	78.65	5.49	19.38	10.41	1.23	89578.63
2	15.92	33.24	79.59	5.46	19.00	10.54	1.23	91234.21
3	14.66	7.59	77.64	5.27	18.30	10.52	1.23	91541.13
4	17.26	9.69	82.69	5.51	19.69	10.36	1.23	95063.18
5	26.74	10.27	82.58	6.06	18.25	10.53	1.23	95838.11
6	13.89	9.77	86.20	5.47	18.99	11.00	1.21	85635.64
7	16.30	19.64	80.85	5.42	18.14	10.99	1.22	86603.11
8	14.60	17.43	81.63	5.15	18.44	11.01	1.23	85086.13
9	10.28	6.11	85.76	4.66	20.22	10.19	1.23	92379.78
10	16.59	18.26	78.33	5.29	18.83	10.11	1.23	92101.57
11	10.58	10.95	89.59	5.52	19.24	10.42	1.23	85565.97
12	12.81	27.87	70.21	5.36	17.80	10.71	1.24	84903.15
13	20.88	21.59	77.02	6.99	17.42	10.94	1.24	83797.04
14	12.55	14.56	76.17	5.84	17.89	10.58	1.25	85103.97
15	14.68	4.27	87.66	5.41	19.00	10.62	1.24	87129.86
16	13.13	3.53	86.63	5.37	20.57	10.07	1.24	92496.88
17	16.38	4.77	92.03	6.42	18.81	10.71	1.23	88950.87
18	12.96	3.75	92.49	5.31	19.82	10.36	1.24	91551.66
19	21.61	9.12	84.80	5.64	18.21	10.95	1.25	88291.45
20	19.86	6.39	85.62	5.47	18.06	10.61	1.23	90860.23
21	14.03	5.53	96.90	5.23	18.69	10.79	1.23	89654.28
22	9.80	7.79	114.90	5.27	19.65	10.99	1.26	84709.46
23	8.22	3.02	113.07	5.06	19.66	10.83	1.27	88476.04
監測時數	24	24	24	24	24	24	24	24
超限次數	0	0	0	0	0	0	0	0
有效時數	24	24	24	24	24	24	24	24
平 均 值	15.33	11.75	86.03	5.50	18.83	10.64	1.23	88749.80
最 大 值	26.74	33.24	114.90	6.99	20.57	11.19	1.29	95838.11
發生時間	5	2	22	13	16	0		5
最 小 值	8.22	3.02	70.21	4.66	17.42	10.07	1.21	83442.86
發生時間	23	23	12	9	13	16		0
零點偏移	-0.05 %	-0.01 %	-0.00 %	-0.02 %		0.09	-0.00	-0.01 %
全幅偏移	0.00 %	0.05 %	0.02 %	0.09 %		0.41	-0.00	0.06 %
有效比率	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %	100.00 %